

Таблиця Сивцева

Для перевірки гостроти зору

ВІДСТАНЬ ПЕРЕВІРКИ

2,5 м

D - для відстані 2,5 м

V

25,0	Ш	Б						0,1
12,5	М	Н	К					0,2
8,33	Ы	М	Б	Ш				0,3
6,25	Б	Ы	Н	К	М			0,4
5,0	И	Н	Ш	М	К			0,5
4,17	Н	Ш	Ы	И	К	Б		0,6
3,57	Ш	И	Н	Б	К	Ы		0,7
3,12	К	Н	Ш	М	Ы	Б	И	0,8
2,78	Б	К	Ш	М	И	Ы	Н	0,9
2,5	Н	К	И	Б	М	Ш	Ы	1,0
1,67	Ш	И	Н	К	М	И	Ы	1,5
1,25	И	М	Ш	Ы	Н	Б	М	2,0

0 50 100 100 мм • контроль друку

Якщо лінійка не 100 мм, масштаб неправильний і результат неточний.

Друк 100% («Фактичний розмір»), без «Підігнати під сторінку».

1. Повісьте таблицю на рівні очей при рівному освітленні. Станьте на 2,5 м.
2. Закрийте одне око долонею, не натискаючи. Другим дивіться на таблицю.
3. Читайте зверху вниз.
4. Результат — V останнього рядка, прочитаного без помилок.
5. Повторіть другим оком. В окулярах або лінзах перевірте окремо.

Домашня перевірка не замінює огляд офтальмолога

